

乾燥設備及其附屬設備作業前自動檢查表

日期： 年 月

實驗場所		檢 查 結 果																														備註
方法	目 視	檢 查 日 期																														
項目	檢 查 內 容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常																															
2	排出氣體之設備有無異常																															
3	換氣設備有無異常																															
4	出入孔、排氣孔等開口部有無異常																															
5	內部之電氣機械器具或配線有無異常																															
6	內、外部是否無損傷、變形或腐蝕																															
7	安全閥、壓力錶是否正常																															
8	其他安全設施有無異常																															
檢查人																																

說明：1.作業前檢點。2. 檢查結果正常狀態打 v，異常狀態打 x，並向單位反應故障狀況。3 檢查表檢查完後，正本原單位留存備查，影本繳交環安中心。

保存期限 3 年

實驗場所負責人： _____